

APERTURA DE PROPOSICIONES

Los valores ofertados no predeterminan el resultado de la propuesta de adjudicación, estando pendientes de comprobación, cumplimiento de prescripciones técnicas, así como de la tramitación de expediente en el supuesto de que alguna de ellas presentara un valor desproporcionado.

Fecha: 23/07/2015 Hora: 10:30

(En el supuesto de criterios evaluables mediante juicio de valor en valores ofertados figura la puntuación otorgada)



Exp.: 2015 0190/12/3007 - Suministro de un liofilizador de laboratorio para el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino

Licitadores			Valores ofertados							Total Subjetivos	
Núm	Nombre	Calificación	1	2.a	2.b	2.c	2.d	3	4.a		4.b
1	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S.A.	Excluido									
2	CALSERVICE HERATEC S.L.	Admitido	21.400,00	15	0	0	0	4	5	5	25

Presupuesto de licitación (IVA excluido): 23.865,37

Criterios:

N	Descripción	Tipo	Pond.	Máx.	Min.
1	Precio (IVA excluido)	Automático	40	23.865,37	
2.a	2.a) Temperatura alcanzada por el condensador: -90°C: 10 puntos -95°C: 15 puntos Por debajo de -95°C: 20 puntos.	Juicio de valor	20		
2.b	2.b) Calidad del acero inoxidable del condensador AISI-316L (o superior): 5 puntos.	Juicio de valor	5		
2.c	2.c) Rendimiento real mayor de 6 Kg/24 horas: 5 puntos.	Juicio de valor	5		
2.d	2.d) Se valorará que una cámara acrílica tenga más de 3 bandejas calefactadas (2,5 puntos) y que la otra tenga más de 8 manifold (2,5 puntos)	Juicio de valor	5		
3	Período de garantía, en años completos (hasta 15 puntos)	Automático	15		2
4.a	4.a) Diseño y ergonomía del equipo (5 puntos)	Juicio de valor	5		
4.b	4.b) Interfaz amable (5 puntos)	Juicio de valor	5		

